

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Kleinspannungsspule D | 1000985 |
| Spule D, 600 Windungen | 1000988 |
| Spule D, 900 Windungen | 1012859 |
| Spule D, 1200 Windungen | 1000989 |
| Spule D, 6000 Windungen | 1000990 |

Bedienungsanleitung

02/14 ALF



1. Sicherheitshinweis

Die Spulen entsprechen den Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte nach DIN EN 61010 Teil 1. Sie sind für den Betrieb in trockenen Räumen vorgesehen, welche für elektrische Betriebsmittel oder Einrichtungen geeignet sind.

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist der sichere Betrieb der Spulen gewährleistet. Die Sicherheit ist jedoch nicht garantiert, wenn sie unsachgemäß bedient oder unachtsam behandelt werden.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, sind die Spulen

unverzüglich außer Betrieb zu setzen (z.B. bei sichtbaren Schäden) und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

In Schulen und Ausbildungseinrichtungen ist der Betrieb der Spulen durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.

Je nach Aufbau des Transformators liegen berührungsgefährliche Spannungen an der Sekundärspule an.

Die Spulen 1000988, 1012859, 1000989, 1000990 können als Sekundärspule Nieder- oder Hochspan-



nung führen. Sie sind für Schülerexperimente nicht geeignet.

- Eingriffe in den Aufbau eines Transformators nur bei abgeschalteter Primärspannung vornehmen.
- Für die Experimente Sicherheitskabel verwenden.
- Maximalen Strom im Dauerbetrieb nicht überschreiten.
- Gehäuse der Spulen nicht öffnen.
- Spulen nicht mit Flüssigkeit in Berührung bringen.
- Die Spulen nach Überlastung, vor dem erneuten Einschalten des Stromes abkühlen lassen.
- Lüftungsschlitze nicht abdecken.

Entstehenden Magnetfelder können elektronische oder elektrische Bauelemente und Geräte sowie elektromagnetische Datenträger stören oder zerstören.

- Erforderliche Sicherheitsabstände einhalten.

2. Beschreibung

Berührungssichere Spulen zur Verwendung als Primär- oder Sekundärspulen in Verbindung mit dem Transformator Kern D (1000976)

Spulen mit vielfältig abgestuften Windungszahlen und Zwischenabgriffen. Bei geeigneter Spulenauswahl sind die Experimente gefahrlos im Klein Spannungsbereich durchführbar. Einfache ganzzahlige Windungszahlverhältnisse ermöglichen eine übersichtliche Erarbeitung der Transformatorgesetze.

Das Spulengehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff. Anfang, Ende und Abgriffe der Spule sind mit Sicherheitsbuchsen versehen. Windungsanzahl, maximaler Dauerstrom, Wirkwiderstand, Wicklungsrichtung und Induktivität sind auf dem Spulengehäuse angegeben. Die Stromstärke kann kurzfristig (10 Sekunden) auf das Doppelte der angegebenen Dauerstromstärke angehoben werden.

Die Spule mit 900 Windungen verfügt über eine interne reversible Temperatursicherung, die bei einer Wicklungstemperatur von 85 °C auslöst. Die Rückstellzeit beträgt 10-20 Minuten, je nach Umgebungstemperatur.

3. Zubehör


| | |
|---|---------|
| Netzspule D mit Zuleitung (230 V, 50/60 Hz) | 1000987 |
| oder | |
| Netzspule D mit Zuleitung (115 V, 50/60 Hz) | 1000986 |
| Transformator Kern D | 1000976 |

4. Pflege und Wartung

- Vor der Reinigung Spule von der Stromversorgung trennen.
- Zum Reinigen ein weiches, feuchtes Tuch benutzen.

5. Entsorgung

- Die Verpackung ist bei den örtlichen Recyclingstellen zu entsorgen.
- Sofern die Spule selbst verschrottet werden soll, so gehört diese nicht in den normalen Hausmüll. Es sind die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Elektroschrott einzuhalten.



6. Technische Daten

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Anschlüsse: | 4-mm-Sicherheitsbuchsen |
| Abmessungen: | 120 x 90 x 70 mm ³ |
| Öffnung für Eisenkerne: | 42 x 42 mm ² |

| | Windungen | Abgriff(e) | Widerstand | Max. Stromstärke | Induktivität |
|----------------|-----------|---------------|------------|------------------|--------------|
| 1000985 | 72 | 6/30/54/66/72 | 0,1 Ohm | 12 A | 0,23 mH |
| 1000988 | 600 | 200/600 | 3 Ohm | 2,2 A | 15 mH |
| 1012859 | 900 | | 4,8 Ohm | 5 A (7 min) | 34 mH |
| 1000989 | 1200 | 400/1200 | 12 Ohm | 1,2 A | 60 mH |
| 1000990 | 6000 | 2000/6000 | 300 Ohm | 0,2 A | 1,5 H |

Technische Änderungen vorbehalten